


QuickCut™ *Bln* I (*Avr* II)



Code No.: 1607
包 装 量: 25 µl (25 次)

运输温度: -20℃
保存温度: -20℃

附带试剂:
10X QuickCut Buffer 500 µl
10X QuickCut Green Buffer 500 µl

制品说明:
QuickCut 限制酶是一类快速切断基质 DNA 的限制酶。所有 QuickCut 限制酶在 10X QuickCut Buffer 和 10X QuickCut Green Buffer 两种通用缓冲液中的活性可达 100%。可在 5~30 分钟内切断基质 DNA，如质粒 DNA、PCR 产物等。这样可以在同一个反应体系内任意组合多种限制酶同时切断基质 DNA，操作简便，节省时间，避免了分步酶切的繁琐操作。
每种 QuickCut 限制酶产品均附带两种通用缓冲液：10X QuickCut Buffer 和 10X QuickCut Green Buffer。10X QuickCut Green Buffer 中含有电泳时所必需的色素等试剂，酶切产物可直接进行电泳检测，使用更加方便。其中蓝色染料在 1%琼脂糖凝胶中与 3~5 kb DNA 片段的迁移速度相当；黄色染料在 1%琼脂糖凝胶中与 10 bp DNA 片段的迁移速度相当。

酶贮存液:
10 mM Tris-HCl, pH7.5
100 mM KCl
0.1 mM EDTA
1 mM DTT
0.01% BSA
50% Glycerol

起 源: *Brevibacterium linens*

操作方法:
1. 按照下表配制反应液:

	线性 DNA	质粒 DNA	PCR 产物
10X QuickCut Buffer* 或 10X QuickCut Green Buffer*	1 µl-5 µl	1 µl-5 µl	1 µl-3 µl
DNA	≤1 µg	≤1 µg	≤0.2 µg
QuickCut <i>Bln</i> I	1 µl	1 µl	1 µl
灭菌水	Up to 10 µl-50 µl	Up to 10 µl-50 µl	Up to 10 µl-30 µl

*: 反应体系不同，10X Buffer 的添加量不同，请确保终浓度为 1X。

2. 轻轻混匀后瞬时离心。

3. 37℃保温 5~10 min*。

*: 线性 DNA 保温 5 min;

质粒 DNA 保温 5 min;

PCR 产物保温 10 min。

活性检测:

1 µl QuickCut 限制酶在 50 µl 1X QuickCut Buffer 或 1X QuickCut Green Buffer 的反应体系中，在 37℃条件下，经过 5 min 反应，将 1 µg λ DNA 完全消化所需要的酶量。

质量控制:

- 1) 功能检测:
在 1 µg 线性 DNA 中加入 1 µl QuickCut 限制酶，在 50 µl 反应体系中，37℃保温 5 min，能完全消化线性 DNA。
- 2) Star Activity Test:
在 1 µg DNA 中加入 1 µl QuickCut 限制酶，进行 16 hr 酶切反应，然后进行琼脂糖电泳，DNA 片段的电泳谱带不发生变化。
- 3) Labeled Oligonucleotide Assay (LOA) Test:
在荧光标记的寡核苷酸中加入 1 µl QuickCut 限制酶，37℃保温 1 hr，分解率小于 10%。

使用注意:

- 1) 因该酶切出的突出末端，比一般的 4 个碱基突出末端的连接效率低，所以必须使用平滑末端的连接条件。
- 2) 不建议进行 16 hr 以上酶切，易导致星活性。
- 3) 使用 QuickCut 限制酶进行双酶切或多酶切反应时，加入限制酶的总体积不能超过反应体系的 1/10 量；如果各酶的反应温度不同，建议按低温到高温的顺序加入相应的 QuickCut 限制酶进行分步酶切反应。
- 4) 10X QuickCut Green Buffer 可能会干扰酶切产物的荧光分析。因此，酶切产物荧光分析检测时推荐使用无色的 10X QuickCut Buffer。
- 5) 10X QuickCut Green Buffer 如出现沉淀，室温下振荡 5 分钟可使沉淀完全溶解，不影响使用。

QuickCut is a trademark of TAKARA BIO INC.

注意

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经TAKARA BIO INC.书面许可授权或批准，不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品，或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权，请联系我们，或访问我们网站

www.takara-bio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

v201712Da

宝日医生物技术（北京）有限公司

网址: <http://www.takarabiomed.com.cn>

技术咨询电话

4006518761 4006518769